

Arrow EZ-IO 胫骨近端插入部位确定 - 成人

1. 伸腿
2. 插入部位大约位于胫骨结节内侧面约 2 cm 处, 或位于髌骨下方约 3 cm 处, 以及沿胫骨平面方向内侧面约 2 cm 处

EZ-IO 胫骨近端插入技术 - 成人

- 使用无菌方法
- 准备用品:
 - 预充 EZ-Connect 延长套件: 解锁夹、预充套件并排出空气
 - 对疼痛敏感的成人:** 用利多卡因预充 EZ-Connect 延长套件。请注意, EZ-Connect 延长套件的预充体积约为 1.0 mL
 - 对疼痛不敏感的成人:** 用生理盐水预充 EZ-Connect 延长套件
 - 打开 EZ-Stabilizer 包
- 按照方案清洁插入部位; 稳定肢体以便插入
- 将穿刺针套件连接到 EZ-IO 骨髓输液通路用钻并从导管上取下安全帽
- 将穿刺针套件呈 90 度角指向骨骼中心
- 轻压针穿透皮肤, 直至针尖触及骨骼。扣动驱动钻前, 5 mm 黑色标记必须在皮肤之上可见。
- 挤压触发器, 并轻轻地稳定施压。骨髓输液通路用钻出现故障时, 断开钻, 用手握住穿刺针连接头, 来回转动式推进到骨髓腔内
- 稳定连接头并取下钻和探针。将探针放入相应的锐器盒内
- 将 EZ-Stabilizer 敷料置于导管连接头上
- 在导管夹打开的情况下将已预充的延长套件与导管连接头牢固连接
- 从 EZ-Stabilizer 敷料后部取出粘合剂, 将敷料粘在皮肤上
- 确认放置位置。使用生理盐水 (成人 5-10 mL, 婴儿/儿童 2-5 mL) 冲洗 EZ-IO 导管。可能需要冲洗多次。冲洗前, 可考虑为对疼痛敏感的患者给予 2% 浓度不含防腐剂和肾上腺素的利多卡因 — 给药方式遵循机构方案/政策。

对疼痛敏感的成人 - 建议使用麻醉剂

考虑为对疼痛敏感的成人患者使用麻醉剂:

使用前查看生产商的利多卡因使用说明, 并遵守建议的注意事项/禁忌症, 使用 2% 不含防腐剂和肾上腺素的利多卡因 (静脉注射利多卡因):

以下建议基于已发表的骨内临床文献:

1. 按照机构方案确认利多卡因剂量
2. 为延长套件预充利多卡因。请注意, EZ-Connect 延长套件的预充体积约为 1.0 mL
3. 在 120 秒内缓慢于 IO 通路输注利多卡因 (通常为 40 mg)
4. 使利多卡因维持在 IO 空间内的时间达到 60 秒
5. 用 5-10 mL 生理盐水冲洗
6. 在 60 秒内缓慢地额外于 IO 通路给药一剂利多卡因 (通常为 20 mg)。根据需要重复

对于于 IO 通路给药利多卡因无效的患者应考虑进行全身镇痛。

欲知详情, 请访问 www.EZIOComfort.com

对疼痛不敏感的成人

用 5-10 mL 生理盐水冲洗 IO 导管。如果患者出现对疼痛敏感的迹象, 请参阅建议的成人麻醉技术

- 按医嘱给药和输液。按与外周 IV 相同的剂量、速率和浓度给药。为获得最佳输液效果, 输注时施加一定压力。在所有输液之前验证放置位置/通畅性。在输注高渗溶液、化疗药物或发泡剂时要小心
- 稳定并监测部位和肢体是否有外渗或其他并发症; 小心地移动患者
- 在腕带上记录日期和时间, 并将其戴在患者身上

EZ-IO 取出技术

- 取出 EZ-Connect
- 提起并拆下 EZ-Stabilizer 胶布敷料
- 使用无菌鲁尔锁注射器作为手柄, 连接到导管接头, 保持对中并顺时针旋转并垂直往外拔出导管。取出时切勿摇晃或弯曲导管
- 将导管连同注射器丢弃在经批准的锐器盒中
- 按照机构方案/政策给部位添加敷料

任何药物的使用 (包括利多卡因经 IV 或 IO 给药) 均属于医疗行为, 应由主治医生、医疗主任或具有处方权的合格医师负责, 并非泰利福有限公司或其子公司的官方建议。泰利福并非利多卡因生产商, 并且用户应熟悉生产商关于利多卡因所有适应症、副作用、禁忌症、预防措施和警告的使用说明或指南。泰利福对医治任何患者时使用这些信息及其应用或解读不承担任何责任。利多卡因剂量建议是根据研究制定的; 有关更多信息, 请访问 www.eziocomfort.com

本材料并非旨在取代泰利福有限公司及其子公司的标准临床教育和培训, 应作为有关产品正确使用的更详细信息的附件使用。
查看 www.teleflex.com/ezioeducation 上的教育资源, 或联系泰利福临床专业人员, 了解与产品插入、维护、取出以及其他临床教育信息有关的任何详细问题。